



LABORATORIO DE
HUMEDAD




TEST & CONTROL
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

CATÁLOGO GENERAL





LABORATORIO DE HUMEDAD



TERMOHIGRÓMETRO

Alcance de acreditación:

Temperatura ambiente:

10 °C hasta 40 °C

Humedad Relativa:

20 %hr hasta 90 %hr

SERVICIO ACREDITADO.

PC-026 Procedimiento

para la calibración

de higrómetros y

termómetros ambientales

INACAL: 1ra. Edición: 2019

DATALOGGER (TERMOHIGRÓMETRO)

Temperatura ambiente:

-25 °C a 40 °C

Temperatura superficie:

-25 °C a 60 °C

Humedad Relativa:

10 %hr a 95 %hr

PC-026 Procedimiento

para la calibración

de higrómetros y termómetros

ambientales

INACAL: 1ra. Edición: 2019



MEDIDOR DE ESTRÉS TÉRMICO

Temperatura de Ambiente:

-25 °C a 40 °C

Temperatura de globo:

-25 °C a 40 °C

Humedad Relativa:

10 %hr a 95 %hr

PC-026 Procedimiento

para la calibración

de higrómetros y termómetros

ambientales

INACAL: 1ra. Edición: 2019

MEDIDOR DE PUNTO DE ROCÍO

Temperatura ambiente:

-25 °C a 40 °C

Temperatura superficie:

-25 °C a 60 °C

Humedad Relativa:

10 %hr a 95 %hr

PC-026 Procedimiento

para la calibración de higrómetros

y termómetros ambientales

INACAL: 1ra. Edición: 2019





ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Temperatura ambiente:

-25 °C a 40 °C

Temperatura superficie:

-25 °C a 60 °C

Humedad Relativa:

10 %hr a 95 %hr

PC-026 Procedimiento

para la calibración de higrómetros
y termómetros ambientales

INACAL: 1ra. Edición: 2019



MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANO

Alcance:

Según el equipo y muestra
de grano del usuario.

PC-H003

Procedimiento para
la calibración de medidores
de humedad de granos.
(PROCEDIMIENTO INTERNO)

MEDIDOR DE HUMEDAD DE PAPEL Y CARTÓN

PC-H002 Procedimiento

para la calibración
de medidores de humedad
de papel y cartón.
(PROCEDIMIENTO INTERNO)



MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA

Alcance:

Según el equipo y muestra
de madera del usuario.

La calibración se realiza
por el método gravimétrico,
tomando como referencia
la norma **ASTM D 4442**

"Direct moisture content
measurement of wood and
wood-based materials,
ASTM American Society for
Testing and Materials, 1992.

DETERMINADORA DE HUMEDAD (TERMOBALANZA)

Capacidad Máxima:
3 100 g

PC-H004 Procedimiento
para la calibración
de termobalanza.

(PROCEDIMIENTO INTERNO)





TEST & CONTROL

Empresa con **responsabilidad social**, acercando la ciencia
a los que comparten nuestra **pasión por la metrología**.

 Av. Simón Bolívar 1619 - Pueblo Libre - Lima



990089889

Copyright © 2025 TEST & CONTROL SAC Todos los derechos reservados.