



LABORATORIO DE  
**MASA**




  
**TEST & CONTROL**  
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

**CATÁLOGO GENERAL**





# LABORATORIO DE MASA



## BALANZA ANALÍTICA

### CLASE I

Alcance de acreditación:  
0,01 g hasta 35 000 g

**SERVICIO ACREDITADO.**

PC-011 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase I y II  
4ta Edición: 2010  
SNM INDECOPI

## MICROBALANZA

### CLASE I

Alcance de acreditación:  
0,01 g hasta 35 000 g

PC-011 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase I y II  
4ta Edición: 2010  
SNM INDECOPI  
**SERVICIO ACREDITADO.**



## BALANZA DE PRECISIÓN

### CLASE II

Alcance de acreditación:  
0,01 g hasta 64 100 g

PC-011 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase I y II  
4ta Edición: 2010  
SNM INDECOPI  
**SERVICIO ACREDITADO.**

## BALANZA PARA JOYERÍA

### CLASE II

Alcance de acreditación:  
0,01 g hasta 64 100 g

PC-011 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase I y II  
4ta Edición: 2010  
SNM INDECOPI  
**SERVICIO ACREDITADO.**





### BALANZA COLGANTE

CLASE III Y IIII

Alcance de acreditación:  
0,002 kg hasta 6 000 kg

PC-001 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase III y IIII  
1ra Edición: 2019  
DM INACAL  
**SERVICIO ACREDITADO.**



### BALANZA DE PLATAFORMA

CLASE III Y IIII

Alcance de acreditación:  
0,002 kg hasta 6 000 kg

PC-001 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase III y IIII  
1ra Edición: 2019  
DM INACAL  
**SERVICIO ACREDITADO.**

### BALANZA MECÁNICA

CLASE III Y IIII

Alcance de acreditación:  
0,002 kg hasta 6 000 kg

PC-001 Procedimiento  
de calibración de balanzas  
de funcionamiento  
no automático clase III y IIII  
1ra Edición: 2019  
DM INACAL  
**SERVICIO ACREDITADO.**



### PESAS $M_1$

Alcance  
de calibración:  
de 100 mg  
hasta 20 kg

PC-016 Procedimiento  
para la calibración  
de pesas de precisión  
2da Edición: 2015  
SNM INDECOPI

### PESAS $M_2$ Y $M_3$

Alcance de acreditación:  
de 100 mg hasta 20 kg

PC-008 Procedimiento  
para la calibración  
de pesas de clases  
de exactitud:  
 $M1-2$ ,  $M2$ ,  $M2-3$  y  $M3$   
de la NMP 004:2007  
1ra Edición: 2021  
DM INACAL  
**SERVICIO ACREDITADO.**





## LABORATORIO DE **MASA**

### **MASAS DE VALOR NOMINAL**

Alcance de calibración:  
de 1 mg a 20 kg

ME-025 Procedimiento para  
la determinación del valor  
convencional de masa.  
C.E.M Edición Digital 1.2020



### **TOLVAS**

Alcance de verificación:  
de 100 kg a 5 000 kg

PV-010 Procedimiento  
para la verificación  
de pesadoras totalizadoras  
discontinuas automáticas  
(tolvas)  
Edición 0: 2019  
DM INACAL



# TEST & CONTROL

Empresa con **responsabilidad social**, acercando la ciencia  
a los que comparten nuestra **pasión por la metrología**.

 Av. Simón Bolívar 1619 - Pueblo Libre - Lima

 **990089889**

Copyright © 2025 TEST & CONTROL SAC Todos los derechos reservados.